



湖南省计量检测研究院

Hunan Institute of Metrology and Test

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2018111813541
Certificate No.

委 托 单 位	中南大学湘雅三医院
Applicant	
计 量 器 具 名 称	医用诊断计算机断层摄影装置 (CT) X 射线辐射源
Name of Instrument	
型 号 / 规 格	Brilliance CT
Type/Specification	
出 厂 编 号	95471
Serial No.	
制 造 单 位	PHILIPS
Manufacturer	
检 定 依 据	JJG 961-2017
Verification Regulation	
检 定 结 论	合格
Conclusion	

(检定专用章)
Stamp

批准人	张 彦
Approved by	
核验员	何 凯
Checked by	
检定员	易 大 志
Verified by	

检定日期
Date of Verification
有效期至
Valid Date

2018 年 08 月 14 日
Year Month Day
2019 年 08 月 13 日
Year Month Day

地址: 长沙市香樟路 396 号
Address
邮编: 410014
Post Code

电话/传真: 0731-85581751/85687602
Telephone
电子邮件: ywc01@hnjly.cn
Email

证书编号: 2018111813541
Certificate No.



我院系国家法定计量检定机构

Our Institute is National Legal Institute of Verification

计量授权机构: 国家质量监督检验检疫总局

Authorization Body: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China

计量授权证书号: (国)法计(2017)01029号

Authorized certificate No.

测量溯源性说明: 本次检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

Statement of measurement traceability: All measuring instruments used in the verification can be traced back to national standards

检定所使用的计量标准:

Main equipments of measurement used in the verification

名称 Name	测量范围 Type/Specification	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy class	标准证号 Serial No.	有效期至 Valid Date
------------	----------------------------	----------------------------------------	--------------------	--------------------

医用诊断(CT)X射线 辐射源检定装置	剂量指数: (0.1~1000)mGy	剂量指数: $U_{rel}=5.0\% (k=2)$	[2004]国量标 湘证字第070 号	2021-09-26
------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	------------

检定地点及其环境条件:

Address and environmental condition in the verification

地点: 中南大学湘雅三医院 CT 室

Address

温度: 24℃ Temperature	相对湿度: 52% Relative humidity	其他: / else
------------------------	--------------------------------	---------------

限制使用条件和测量范围:

Limited conditions and measuring range

注(Note):

1. 我院仅对加盖“湖南省计量检测研究院检定专用章”的完整证书负责。

Our Institute is only responsible to the complete certificates stamped with "Hunan Institute of Metrology seal"

2. 本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。

The certificates are only to be effective for the instruments examined by our Institute

3. 请妥善保管此证书。

Please properly keep this certificate

4. 本证书中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The Certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.



检定结果

Verification results

序号	检定项目	技术要求		检定结果	结论	
1	外观	/		/	合格	
2	均匀性（HU）	10mm 层厚	≤5	U=3.4	合格	
3	CT 值（HU）	空气	-1000±30	-1000.2	合格	
		水	0±4	0.1	合格	
4	轴向层厚（mm）	10	误差≤1	9.8	合格	
		5		4.9	合格	
		2.5		2.5	合格	
5	低对比分辨率（mm）	对比度	1.0%	≤3.0	2.0	合格
			0.3%	≤6.0	6.0	合格
6	空间分辨力（Lp/cm）主观评价	标准条件		≥5	7	合格
		高分辨条件		≥7.5	9	合格
7	噪声水平	10mm 层厚	≤0.35%	H=0.35%	合格	

注: 扫描条件 120 kV, (200×1.5) mA·s