

湖南省计量检测研究院
Hunan Institute of Metrology and Test

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019091811623
Certificate No.

委托单位 中南大学湘雅三医院
Applicant
计量器具名称 心电图机
Name of Instrument
型号 / 规格 MAC 800
Type/Specification
出厂编号 SJ418360006WA
Serial No.
制造单位 GE
Manufacturer
检定依据 JJG 543-2008, JJG 1041-2008
Verification Regulation
检定结论 合格
Conclusion

(检定专用章)
Stamp



检定日期
Date of Verification
有效期至
Valid Date

批准人
Approved by
核验员
Checked by
检定员
Verified by

张序
陈津津
伍奇

2019 年 07 月 23 日
Year Month Day
2020 年 07 月 22 日
Year Month Day

地址: 长沙市香樟路 396 号
Address
邮编: 410014
Post Code

电话/传真: 0731-85581751/85687602
Telephone
电子邮件: ywc01@hnjly.cn
Email



我院系国家法定计量检定机构

Our Institute is National Legal Institute of Verification

计量授权机构: 国家质量监督检验检疫总局

Authorization Body: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China

计量授权证书号: (国)法计(2017)01029号

Authorized certificate No.

测量溯源性说明: 本次检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

Statement of measurement traceability: All measuring instruments used in the verification can be traced back to national standards

检定所使用的计量标准:

Main equipments of measurement used in the verification

名称 Name	测量范围 Type/Specification	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy class	标准证号 Serial No.	有效期至 Valid Date
------------	----------------------------	--	--------------------	--------------------

心、脑电图机检定装置	电压: $8\mu\text{Vp-p} \sim 30\text{Vp-p}$ 周期: $2\text{ms} \sim 50\text{s}$	MPE: 电压测量: $\pm 1.0\%$; 周期测量: $\pm 0.1\%$	[2013]湘量标 湘法证字第07 4号	2021-05-09
------------	--	---	----------------------------	------------

检定地点及其环境条件:

Address and environmental condition in the verification

地点: 中南大学湘雅三医院 13W

Address


温度: 25°C Temperature	相对湿度: 60% Relative humidity	其他: / else
---	--------------------------------	---------------

限制使用条件和测量范围:

Limited conditions and measuring range

注(Note):

- 我院仅对加盖“湖南省计量检测研究院检定专用章”的完整证书负责。
Our Institute is only responsible to the complete certificates stamped with "Hunan Institute of Metrology seal"
- 本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。
The certificates are only to be effective for the instruments examined by our Institute
- 请妥善保管此证书。
Please properly keep this certificate
- 本证书中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。
The Certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.



检定结果

Verification results

序号	检定项目	最大误差	技术要求	结论
1	外观及 工作正常性	/	/	合格
2	内定标电压	-5.0%	±5%	合格
3	电压测量	-3.0%	±10%	合格
4	时间间隔	1.9%	±10%	合格
5	时标	0.8%	±5%	合格
6	幅频特性	/	(-10~5) %	/
7	耐极化电压	-5.0%	±5%	合格
8	噪声	<35μV _{p-p}	35μV _{p-p}	合格
9	共模抑制比	>89dB	≥89dB	合格