

中南大学湘雅三医院 GCP 中心药房设备存放情况说明

为方便统一管理,经考察科教楼 HYC-950L 冰箱可满足 15℃-25℃ 的储存要求,现将科教楼 FYL-YS-100L 中 201790、201791 两个项目药品挪至 HYC-950L 冰箱中,将科教楼 RCW-3604G-THE-CN 温度计转移至外科楼阴凉库使用,具体调整后存放情况如下表所示,特此说明。

序号	地址	冰箱型号	冰箱序列号	储存条件	放置温度计型号	温度计编号
1	外科楼一楼	NA(阴凉库)	NA	10℃-25℃	RCW-3604G-THE-CN	13006248015181375433
2	外科楼一楼	FYL-YS-100L	FYL-21-132916	15℃-25℃	RCW-3604G-THE-CN	00831421869478965675
3	科教楼七楼	HYC-950L	BE03L D00N0 0QJL8 HZCDP	15℃-25℃	RT-GT11	20102110
4	科教楼七楼	HYC-940	BE03L R00N0 0QJL7 GPY3E	2℃-8℃	RT-GT11 PRO	20102116
5	科教楼七楼	HYC-940	BE03L R00N0 0QJL7 GJVDT	2℃-8℃	RT-GT11	20102109
6	科教楼七楼	RK-50LY-304	0104851912230009	15℃-25℃	RT-GT11 PRO	20110412

中南大学湘雅三医院国家药物临床试验机构

2021年6月1日

曾辉 2021.6.1