

校准证书

证书编号: JC2019120803

页码: 1/2

江苏省精创电气股份有限公司 (Elitech) 确认如下产品均已经过校准, 校准过程遵循 ISO9001; 2008 质量管理体系和企业内部质量体系。校准相关标准

设备均通过国家计量部门的定期校准, 并可溯源到国家标准。

本次校准所使用的主要计量标准器具:

名称/型号	证书编号	证书有效期
温湿度检定箱	H2019-3060140	2020 年 9 月 22 日
镜面露点仪	H2019-0071380	2020 年 8 月 14 日
低温检定恒温槽	J201910216809A-0001	2020 年 10 月 26 日
标准低温水槽	J201910216809A-0002	2020 年 10 月 26 日

RCW-360 温湿度记录仪温度技术指标

温度测量范围: $-40 \sim 70^{\circ}\text{C}$

精准度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

湿度测量范围: $10\% \sim 90\%\text{RH}$

精准度: $\pm 5\%\text{RH}$

温湿度校准点及校准结果: 见下页

校准人: 李利

批准人: 李利

校准日期: 2019.12.08

批准日期: 2019.12.08



本证书自签发之日起, 12 个月内有效。

已校准列表: 见下页



校 准 证 书

证书编号: JC2019120803

页码: 2/2

序号	序列号	温度校准点			序号	序列号	湿度校准点		
		-20℃	0℃	20℃			20% RH	50%R H	80% RH
		温度误差					湿度误差		
		+/- 0.5℃	+/- 0.5℃	+/- 0.5℃			+/-5%RH	+/-5%RH	+/-5%RH
001	30498 14268 66287 81296	合格	合格	合格	001	30498 14268 66287 81296	合格	合格	合格
002	13006 24801 51813 75433	合格	合格	合格	002	13006 24801 51813 75433	合格	合格	合格
003	05963 70033 83697 80819	合格	合格	合格	003	05963 70033 83697 80819	合格	合格	合格
004	20770 94983 58077 00844	合格	合格	合格	004	20770 94983 58077 00844	合格	合格	合格
005	90805 35598 51170 35883	合格	合格	合格	005	90805 35598 51170 35883	合格	合格	合格
006	86513 96444 75914 57038	合格	合格	合格	006	86513 96444 75914 57038	合格	合格	合格



扫描全能王 创建