

校验证书

产品信息

产品型号	设备编码	校验日期	有效日期
RCW-360 4G	90179 62995 82432 13220	22/11/2021	21/11/2023

精创公司保证下述产品经过详细的测试、校验，并在规定范围内符合性能和精度要求。

参考仪器

设备	型号	精度	序列号
低温检测设备	YH-80A	$\pm 0.015^{\circ}\text{C}$	21031001
恒温低温槽	XORTS-120A	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	160408-1
温湿度检定箱	C4-180Pro	$\pm 1\%\text{RH}$	54260019170010

以上参考仪器均经过中国合格评定国家认可委员会认可的机构校准，并可以根据多认可协议追溯到美国国家标准与技术研究院。

温度精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

湿度精度 $\pm 5\%\text{RH}$

校验值	显示值	偏差	结果
+60 $^{\circ}\text{C}$	60.1 $^{\circ}\text{C}$	0.1 $^{\circ}\text{C}$	合格
+40 $^{\circ}\text{C}$	39.9 $^{\circ}\text{C}$	-0.1 $^{\circ}\text{C}$	合格
+25 $^{\circ}\text{C}$	25.0 $^{\circ}\text{C}$	0.0 $^{\circ}\text{C}$	合格
0 $^{\circ}\text{C}$	0.4 $^{\circ}\text{C}$	0.4 $^{\circ}\text{C}$	合格
-10 $^{\circ}\text{C}$	-9.7 $^{\circ}\text{C}$	0.3 $^{\circ}\text{C}$	合格
-25 $^{\circ}\text{C}$	-25.2 $^{\circ}\text{C}$	-0.2 $^{\circ}\text{C}$	合格

校验值	显示值	偏差	结果
70%RH	67%RH	-3%RH	合格
60%RH	63%RH	3%RH	合格
50%RH	54%RH	4%RH	合格
40%RH	37%RH	-3%RH	合格
30%RH	33%RH	3%RH	合格
20%RH	16%RH	-4%RH	合格

本证书自校验之日起两年内有效。

校验:

张广峰

批准:



如需更多服务
请关注精创冷云