

校 验 证 书

产品信息

产品型号	设备编码	校验日期	有效日期
RCW-360 4G	90221 89942 74270 75292	24/12/2021	23/12/2023

精创公司保证下述产品经过详细的测试、校验，并在规定范围内符合性能和精度要求。

参考仪器

设备	型号	精度	序列号
低温检测设备	YH-80A	$\pm 0.015^{\circ}\text{C}$	21031001
恒温低温槽	XORTS-120A	$\pm 0.01^{\circ}\text{C}$	160408-1
温湿度检定箱	C4-180Pro	$\pm 1\%\text{RH}$	54260019170010

以上参考仪器均经过中国合格评定国家认可委员会认可的机构校准，并可以根据多认可协议追溯到美国国家标准与技术研究院。

温度精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

湿度精度 $\pm 5\%\text{RH}$

校验值	显示值	偏差	结果
+60°C	60.0°C	0.0°C	合格
+40°C	40.3°C	0.3°C	合格
+25°C	24.7°C	-0.3°C	合格
0°C	0.2°C	0.2°C	合格
-10°C	-10.5°C	-0.5°C	合格
-25°C	-25.2°C	-0.2°C	合格

校验值	显示值	偏差	结果
70%RH	65%RH	-5%RH	合格
60%RH	57%RH	-3%RH	合格
50%RH	50%RH	0%RH	合格
40%RH	43%RH	3%RH	合格
30%RH	26%RH	-4%RH	合格
20%RH	21%RH	1%RH	合格

本证书自校验之日起两年内有效。

校验:

李广华

批准:



如需更多服务
请关注精创冷云