



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group
中检西南计量有限公司
CCIC Southwest Metrology Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8200

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 92103010727 号

Certificate No.



委 托 方 江苏省精创电气股份有限公司
Customer
地 址 江苏省徐州市
Address
样 品 名 称 温湿度记录仪 (温度部分)
Name Of Sample
制 造 厂 / 商 江苏省精创电气股份有限公司
Manufacturer
型 号 / 规 格 GSP-6
Type/Specification
出 厂 编 号 EF6213001279
Ex-Factory No.



授权批准人

Approved By

核 验 员

Checked By

校 准 员

Calibrated by

样品接收日期 2021 年 05 月 10 日
Rcvd Date Year Month Day
校 准 日 期 2021 年 05 月 10 日
Calibration Date Year Month Day

证书有效性声明:

- 1、封面须盖红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码
- 3、证书内容为双面打印
- 4、扫描证书二维码查验

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书号: L8200
China National Accreditation Service for Conformity Assessment
Accreditation Certificate No.L8200
地址: 中国云南·昆明市永昌路142号
Address: No.142 Yongchang Road Kunming Yunnan P.R.China
传真: 0871-64577518
Fax

业务电话: 0871-64105422 64577518
监督电话: 0871-64636302
Telephone
邮编: 650034
Post Code
电子邮箱: kfzx@yncctc.com
E-mail

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference Documents For The Calibration (Code, Name)
JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》

本次校准所使用的主要校准器具:
Main Standards Of Measurement Used In The Calibration

名称 Name	编号 No.	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	溯源机构及证书号 Verification or calibration Organization/ Certificate No.	有效期至 Valid Date To
标准铂电阻温度计	172688	(-189.3442 ~ 419.527) °C	二等	华北国家计量测试中心 检定RA20H-AK000177	2022-10-12
高精度数字测温仪	80252103	(-80~ 600) °C	$U_{rel}=1 \times 10^{-5}$, $k=2$	北京市计量检测科学研究院 校准RA20S-CA000432	2021-10-25
恒温槽	9467	(-80~ 90) °C	$U=0.005^{\circ}\text{C}$, $k=2$	云南中检测试科技有限公司 校准 82001030257	2021-10-12



溯源性: 本次校准使用的计量标准均可溯源到中国国家计量基准
Traceability Standards Of Measurement Used In The Calibration Can Be Traceable To China National Standards Of Measurement

校准环境条件:
Environmental Conditions In The Calibration

地点: 云南省昆明市永昌路142号301温度室

Place

环境温度: 20.2°C

Ambient temperature

相对湿度: 50%

Relative Humidity

其它: /

Others

其它说明: /

Remarks

注: 1. 我公司仅对加盖“中检西南计量有限公司检验检测专用章”的完整证书负责。
Our company is only responsible for the complete certificate with "special seal for inspection and testing of CCIC Southwest Metrology Co., Ltd."
2. 本校准结果, 仅对受检样品的本次校准有效。
It's Effect That The Results Of This Report Relate Only To The Sample(S) Calibrated.
3. 未经本公司许可, 不得部分复制本证书。
This Certificate Cannot Be Partly Copied If Not Allowed By CCIC Southwest Metrology.



校准数据/结果

Data/Results Of Calibration

1、外观检查结论: 符合要求。

2、采集仪的测量误差

校准温度点/℃	测量误差/℃
-20	0.1
5	0.1
25	0.1

测量结果的不确定度: $U = 0.2 \text{ } ^\circ\text{C}$, $k=2$

建议复校时间间隔12个月

~以下空白~

