

杭州热科测控技术有限公司
校准证书

(证书编号: RK-2020 1023021)

产品名称: GPRS温度记录仪
产品型号: RT-GT11 PRO
出厂编号: 20102116 2-8C
检测依据: JJG(浙)76-2004 《数字温度计检定规程》
标准器具: 数字测温仪FLUKE 1529
标准器具性能: $-189\sim 960^{\circ}\text{C}; \pm 0.01^{\circ}\text{C}$
标准器具证号: FZRG-2020050501
标准器具溯源: CNAS认可实验室
检测地点: 本公司校准实验室
环境条件: 温度: 25°C ; 相对湿度: 50%RH
校准结果:

温度				
温度标准值 ($^{\circ}\text{C}$)		-10.03	6.42	59.61
温度实测值 ($^{\circ}\text{C}$)	通道1	-10.3	6.5	59.4
	通道2	0.0	0.0	0.0
	通道3	0.0	0.0	0.0
	通道4	0.0	0.0	0.0

校准:

张靖

核验:

周迪航

校准日期: 2020年10月23日
建议有效期: 一年杭州热科测控技术有限公司
统一服务热线: 0571-88141766

扫描全能王 创建