

杭州热科测控技术有限公司

校准证书

(证书编号: RK-2020 1105003)

产品名称: GPRS温度记录仪
产品型号: RT-GT11 PRO
出厂编号: 20110412
检测依据: JJG(浙)76-2004 《数字温度计检定规程》
标准器具: 数字测温仪FLUKE 1529
标准器具性能: $-189 \sim 960\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\pm 0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$
标准器具证号: FZRG-2020050501
标准器具溯源: CNAS认可实验室
检测地点: 本公司校准实验室
环境条件: 温度: $25\text{ }^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: 50%RH
校准结果:

温度				
温度标准值 ($^{\circ}\text{C}$)		-10.03	6.42	59.61
温度实测值 ($^{\circ}\text{C}$)	通道1	-10.2	6.1	59.4
	通道2	0.0	0.0	0.0
	通道3	0.0	0.0	0.0
	通道4	0.0	0.0	0.0

校准:

张靖

核验:

周迪新

校准日期: 2020年11月05日

建议有效期: 一年