

中心站



上海华腾计量校准技术有限公司

Shanghai Huateng Measurement and Calibration Technology Co.,LTD.

校准证书



20AA018790003

CERTIFICATE OF CALIBRATION

证书编号: HTJZ20200728112
Certificate No

客户: 湖南长沙湘雅三医院
Customer

地址: /
Address

器具名称: 无线温湿度监测仪
Name of instrument

制造厂商: 上海思博源冷链科技有限公司
Manufacturer

型号规格: HL-512T
Model /Specification

器具编号: 12092094
No. of instrument



批准人: 周国平
Approved by

核验员: 赵古望
Checked by

校准员: 乔晓菁
Calibrated by

接收日期: 2020 年 07 月 28 日
Repic Date Year Month Day

校准日期: 2020 年 07 月 28 日
Calibration Date Year Month Day

发布日期: 2020 年 07 月 30 日
Release of Date Year Month Day

地址: 上海市罗阳路168号C座101室

Address: Room101,Block C,NO. 168,Luoyang Road,Shanghai,China

邮政编码: 201104

Post Code

网址: www.chinahtmt.com

Web Site



电话: (86) 021-64867272

Tel

传真: (86) 021-64866149

Fax

投诉电话: 021-64867272*801

Tel for complaint

说明

认可证书号: No. L4678

1、中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 实验室认可

The number of the certificate accredited by CNAS is No.L4678

2、本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效

The data are valid only for the instrument(s)

3、未经本公司许可，不得部分复制本证书

This certificate can not be partly copied if not allwed by HT.

4、校准所依据的技术规范:

Reference documents for the calibration

参照JJG (苏) 99-2010 《数字温湿度计》

参照JJG 617-1996 《数字温度指示调节仪》

5、本次校准所使用的主要标准器具及溯源信息

Main standards used in this calibration and traceability information

名称/型号 Name/ Model	编 号 Number	溯源证书信息 Certificate No.	溯源单位 Traceability unit	测量范围/不确定度/准确度 等级/最大允许误差 Measuring range/ Uncertainty/Accyracy Class/Maximum Permissible Error
数字温湿度计 HP23-A	61874953/203729 31	2020E13-10- 2453810001 2021-04-28	上海市计量测试 技术研究院	(-40~100) °C, (0~ 100) %RH U=0.3°C (k=2), U=2.0%RH (k=2)

6、校准地点和环境条件

Location and environmental condition for the calibration

地点: 长沙市岳麓区桐梓坡路138号
Place

温度: 21.5 °C; 湿度: 74.9 %RH; 其它: /
Ambient temperature Relative humidity Others

校准结果

Result of Calibration

示值校准:

1.温度 (°C)			
标准值	显示值	允许误差*	不确定度 $U(k=2)$
21.5	21.4	± 0.5	0.4
2.湿度 (%RH)			
标准值	显示值	允许误差*	不确定度 $U(k=2)$
74.9	72.1	± 5	1.8

*客户提供的使用技术要求

校准结果内容结束