



文件创建于: 2022/02/07 17:19:24

甲磺酸三期 数据报告

设备信息


设备 ID:	09775382972229389145	设备 SUB-ID:	0
设备名称:	甲磺酸三期	设备型号:	Alog 100

描述:

客户名称:	外科楼阴凉库-储藏箱	监控时长:	743.0
-------	------------	-------	-------

温度统计信息

上限:	28.0℃	开始时间:	2022/01/01 00:08:00(GMT+08:00)
下限:	13.0℃	结束时间:	2022/01/31 23:58:00(GMT+08:00)
最大值:	18.8℃	数据点:	4465
最小值:	13.0℃		
平均值:	17.1℃		



湿度统计信息

上限:	70.0%RH	开始时间:	2022/01/01 00:08:00(GMT+08:00)
下限:	38.0%RH	结束时间:	2022/01/31 23:58:00(GMT+08:00)
最大值:	53.0%RH	数据点:	4465
最小值:	43.0%RH		
平均值:	45.0%RH		

JR
2022.2.7
ZU
2022.2.7

设备报告


设备信息

项目: 116中南大学湘雅三医院 设备号: 20102109
设备名称: 20102109 设备状态: 在线

传感点信息

设备: 20102109 传感点名称: 温度
传感点类型: 连续型 传感点单位: °C
传感点状态: 在线 当前数值: 3.8
最大值: 4.5 最小值: 2.7 MKT值: 3.63
曲线起始时间: 2022-01-01 00:00:00 曲线结束时间: 2022-02-01 00:00:00

温度




时间

— °C

设备: 20102109 传感点名称: 充电
传感点类型: 开关型 传感点单位: 关闭
传感点状态: 在线 当前数值: 0.0
最大值: 0.0 最小值: 0.0
曲线起始时间: 2022-01-01 00:00:00 曲线结束时间: 2022-02-01 00:00:00

充电

0.0000000



时间

— 关闭

JQ
2022.2.7
2022.2.7

设备报告


设备信息

项目: 116中南大学湘雅三医院 设备号: 20102110
设备名称: 20102110 设备状态: 在线

传感点信息

设备: 20102110	传感点名称: 温度
传感点类型: 连续型	传感点单位: ° C
传感点状态: 在线	当前数值: 20.9
最大值: 22.3	最小值: 19.7 MKT值:21.43
曲线起始时间: 2022-01-01 00:05:00	曲线结束时间:2022-02-01 00:00:00

温度




时间

— ° C

设备: 20102110	传感点名称: 充电
传感点类型: 开关型	传感点单位: 关闭
传感点状态: 在线	当前数值: 0.0
最大值: 0.0	最小值: 0.0
曲线起始时间: 2022-01-01 00:05:00	曲线结束时间:2022-02-01 00:00:00

充电



时间

— 关闭

JR
2022.2.7

26
2022.2.7

设备报告


设备信息

项目: 116中南大学湘雅三医院 设备号: 20102116
设备名称: 20102116 设备状态: 在线

传感点信息

设备: 20102116	传感点名称: 温度
传感点类型: 连续型	传感点单位: ° C
传感点状态: 在线	当前数值: 4.0
最大值: 4.4	最小值: 3.1 MKT值:3.82
曲线起始时间: 2022-01-01 00:05:00	曲线结束时间:2022-02-01 00:00:00

温度




时间

— ° C

设备: 20102116	传感点名称: 充电
传感点类型: 开关型	传感点单位: 关闭
传感点状态: 在线	当前数值: 0.0
最大值: 0.0	最小值: 0.0
曲线起始时间: 2022-01-01 00:05:00	曲线结束时间:2022-02-01 00:00:00

充电



时间

— 关闭

JLX
2022.2.7
n
2022.2.7



文件创建于: 2022/02/07 17:15:39

RCW-360-002 数据报告

设备信息


设备 ID:	02528459238957545832	设备 SUB-ID:	0
设备名称:	RCW-360-002	设备型号:	RCW-360

描述:

客户名称:	科教楼冷藏箱	监控时长:	743.0
-------	--------	-------	-------

温度统计信息

上限:	7.5℃	开始时间:	2022/01/01 00:00:00(GMT+08:00)
下限:	2.5℃	结束时间:	2022/01/31 23:59:00(GMT+08:00)
最大值:	5.9℃	数据点:	8929
最小值:	3.4℃		
平均值:	4.9℃		



湿度统计信息

上限:	99.0%RH	开始时间:	2022/01/01 00:00:00(GMT+08:00)
下限:	35.5%RH	结束时间:	2022/01/31 23:59:00(GMT+08:00)
最大值:	96.0%RH	数据点:	8929
最小值:	63.0%RH		
平均值:	85.8%RH		

JR
2022.2.7
n
2022.2.7



文件创建于: 2022/02/07 17:12:31

RCW-360 数据报告

设备信息

设备 ID: 13006248015181375433
设备名称: RCW-360

设备 SUB-ID: 0
设备型号: RCW-360

描述:


客户名称: 外科楼一楼阴凉库

监控时长: 743.0

温度统计信息

上限: 23.0℃
下限: 13.0℃
最大值: 18.1℃
最小值: 11.8℃
平均值: 16.9℃

开始时间: 2022/01/01 00:02:00 (GMT+08:00)
结束时间: 2022/01/31 23:59:00 (GMT+08:00)
数据点: 4485



湿度统计信息

上限: 100.0%RH
下限: 0.0%RH
最大值: 67.0%RH
最小值: 40.0%RH
平均值: 52.1%RH

开始时间: 2022/01/01 00:02:00 (GMT+08:00)
结束时间: 2022/01/31 23:59:00 (GMT+08:00)
数据点: 4485

JR
2022.2.7
ZU
2022.2.7



文件创建于:2022-04-02 15:22:41

数据报告

设备信息

设备型号: GSP-6G
总空间: 16000
存储方式: 循环记录
按键提示音: 禁止

记录间隔: 0:10:0
按键停止: 禁止
报警音: 3声
超限后, 记录间隔缩短: 禁止

启动时间: 2021-12-31 12:43:44
温度单位: °C

行程描述

序列号: EFG213001279
行程描述:

报警设置

高于1: 25.4°C

报警方式:

低于1: 14.5°C

高于: 99.0%

报警方式:

低于: 10.0%

报警状态

正常

正常

正常


正常

统计信息

已记录次数: 13265
最大值(温度): 23.3°C
首次报警(温度): N/A
最大值(湿度): N/A
首次报警(湿度): N/A

首条记录时间: 2022-01-01 00:03:44
最小值(温度): 16.0°C
平均动力学温度 (MKT): 21.1°C
最小值(湿度): N/A

末条记录时间: 2022-04-02 15:23:44
平均值(温度): 21.0°C
记录周期: 92D 2H 40M 0S
平均值(湿度): 非数字%



JX
2022.4.2